

1

河南省商  
丘地区计  
量管理所

JJG19- 1985  
量提检定规程

1. 第 6 页“17、量提的检定周期最长为 1 年。”改为：“17、量提只作首次强制检定,失准报废”。
2. 将规程附录《检定证书式样》中的“有效期至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日”删除。
3. 将规程附录《检定证书式样》中的“核验 \_\_\_\_\_”上方增加“主管 \_\_\_\_\_”。
4. 将第 1 页第 2 行的“使用中和修理后”删除。